

**РАЙОНЕН ЦЕНТЪР за ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - Плевен**

Плевен 5800, бул. „Русе“ № 36

тел: 064/89 88 48, факс: 064/89 88 51

Районен център за Трансфузионна  
хематология - гр. Плевен  
Получено на 14.11.2016 г.  
вх. № 1027 Дело № .....

**ДО Директора на „РЦТХ-Плевен“  
д-р Лако Лаков**

**ДОКЛАД**

**Уважаеми д-р Лаков,**

На основание чл.103, ал.3 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед № 83/08.11.2016 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ – Плевен**“, открита въз основа на Решение № 1/21.10.2016 г. предоставя на Вашето внимание настоящия доклад от работата си, с който Ви предлага, в качеството си на Възложител, да класирате участниците, да изберете за изпълнител, класирания на първо място, въз основа на критерий „най-ниска предложена цена“ и да сключите договор с класирания на първо място участник.

**Кратко описание на работния процес на Комисията:**

На 08.11.2016 г. от 14:00 часа в Конферентна зала на РЦТХ - Плевен, Комисия в състав:

**Председател:** д-р Диана Иванова Цветкова – ординатор в отделение „Преработка на дарената кръв“ при РЦТХ-Плевен;

**Членове:**

1. д-р Ваньо Петров Данов – началник отделение „УККК“ при РЦТХ-Плевен;
2. Николай Петков Петков – техник при РЦТХ-Плевен;
3. Йорданка Христова Генова – правоспособен юрист, външен член;
4. Ганка Събева Василева – медицинска сестра в отделение „Преработка на дарената кръв“ при РЦТХ-Плевен

се събра, за да проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и да отвори постъпилите оферти за участие в горесцитираната процедура за възлагане на обществена поръчка.

На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП получените оферти бяха предадени с приемно-предавателен протокол на председателя на комисията от служител – Мария Хаджиева.

Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП по реда, описан по-долу, в съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че документите, свързани с участието процедурата са представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП от участниците в срока, определен като краен за подаване на оферти.

I. Комисията установи, че в определения за това от Възложителя срок - до 14:00 часа на 07.11.2016 г. , в деловодството на Възложителя е постъпила само 1 (една) оферта, както следва:

**1. „Антисел България“ ООД с вх. № 1/ 07.11.2016 г., час на получаване – 9:20 часа.**

II. След като председателят на Комисията обяви участниците, подали оферти за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка, всички присъстващи членове на Комисията подписаха декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

III. На заседанието на Комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците, нито представители на средствата за масово осведомяване.

IV. На основание чл. 61 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП Комисията, спазвайки всички точки от чл. 61 от ППЗОП, пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и:

1. оповести съдържанието на последните и съгласно определения от Възложителя показател за оценка: „най-ниска предложена цена” Председателят на Комисията прочете на глас ценовото предложение на „Антисел България” ООД – 87 500 лв. без ДДС.

2. пристъпи към подписване на техническото и ценово предложение на участника, съгласно чл. 61, т. 2 от ППЗОП, с което приключи публичната част от заседанието.

3. на закрито заседание комисията продължи работата си по проверка съответствието на подадената оферта с предварително обявените условия и установи, че последната отговаря изцяло на предварително обявените условия, както следва:

3.1. ценовото предложение не надвишава определения от Възложителя финансов ресурс и участникът е декларирал, че цената не надвишава продажната цена за конкретното медицинско изделие, съгласно списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

3.2. видно от представените документи - техническото предложение отговаря в пълна степен на минималните изисквания, съгласно техническата спецификация на Възложителя и отправеното техническо предложение от участника. Комисията направи кратка характеристика на оферирания от участника срокове, видни в таблицата:

Предложения:	Участник: „Антисел България” ООД
срок на валидност на офертата	6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
срок за изпълнение на обществената поръчка	до 3 месеца, считано от датата на сключване на договора.
срок на доставка, монтаж, пускане в експлоатация на апарата и обучение на персонала за работа	до 3 месеца, считано от датата на сключване на договора
гаранционен срок на апарата	24 месеца считано от подписване на протокола за пускането в експлоатация и провеждане на обучение на персонала за работа с оборудването
извън гаранционен срок на апарата	10 години считано от изтичане на гаранционния срок
време за посещение на място на сервизен специалист, при възникнала неизправност на апарата	До 6 часа от ведомянето за повредата, и отстраняване на неизправността в рамките на 24 часа, считано от момента на уведомяването
профилактика на доставения апарат	минимум веднъж на 6 (шест) месеца, в рамките на гаранционния срок за сметка на участника.
гарантия за обезпечаване на авансово предоставените средства	срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора
Използване на подизпълнители	НЕ

4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, подадени от участника в съответствие с поставените изисквания за лично състояние на последния и установи, че „Антисел България” ООД е описал в ЕЕДОП, че не са налице основания за отстраняването му, регистриран е като търговец на едро от ИАЛ в регистъра на търговци на едро с медицински изделия под № 254 и притежава разрешение за търговия на едро № IV-P-T/МИ-220/21.12.2007 г. и разрешение за промяна № IV-P-T/МИ-1256/03.12.2015 г. .

5. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, подадени от участника в съответствие с критериите за подбор и установи следното, че „Антисел България” ООД, видно

от представения ЕЕДОП, отговаря на изискванията за технически и професионални изисквания на участниците, а именно:

5.1. участникът притежава Сертификат EN ISO 9001:2008, рег. № 041 06 0129/30.11.2015, издаден от TUV Hellas, съгласно изискванията на Възложителя;

5.2. производителят на офериранията апаратура - Thermo Electron LED GmbH разполага със сертификат EN ISO 13485:2003+AC:2009, рег. № 000651 MP29/16.10.2012 г., издаден от DQS Medizinprodukte GmbH, съгласно изискванията на Възложителя;

5.3. участникът разполага с обучен от производителя на офериранията апаратура сервизен инженер, преминал обучение за центрофуги, стоящи на под и притежаващ диплома: инженер по електроника и автоматика, съгласно изискванията на Възложителя;

**Комисията реши:** на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП допуска участника „Антисел България“ ООД до класиране съгласно критерий „най-ниска цена“.

**Мотиви:** офертата на участника отговаря изцяло на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор на Възложителя, с оглед което Комисията пристъпва към класиране на участника съгласно критерий „най-ниска цена“.

V. Комисията пристъпи към класиране съгласно критерий: „най-ниска цена“, както следва:

Първо място: „Антисел България“ ООД.

**Мотиви:** участникът е единствен подал оферта в обществената поръчка. Ценовата му оферта не надвишава определения от Възложителя финансов ресурс, офертата му отговаря изцяло на предварителните условия на Възложителя, определени като минимални и на критериите за подбор, в резултата на което и съгласно критерий „най-ниска цена“ „Антисел България“ ООД се класира на първо място.

VI. Комисията предлага на Възложителя за избере за изпълнител участникът, класиран на първо място, съгласно критерий „най-ниска цена“, както следва: „Антисел България“ ООД.

**Мотиви:** участникът „Антисел България“ ООД е класиран на първо място съгласно критерий „най-ниска цена“, в резултат на което се предлага на Възложителя за изпълнител в настоящата обществена поръчка.

С това Комисията приключва работата си в определения за това срок и на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП представя настоящия доклад от дейността си, който предава на Възложителя заедно с Протоколите от дейността си и цялата документация, за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ – Плевен“, открита въз основа на Решение № 1/21.10.2016 г. и сключване на договор с последния.

Докладът се изготви на 14.11.2016 г.

**Комисия:**

Председател: .....  
/д-р Диана Иванова Цветкова /

**Членове:**

1. ....  
/д-р Ваньо Петров Данов /

3. ....  
/Йорданка Христова Генова /

2. ....  
/Николай Петков Петков /

4. ....  
/Ганка Събева Василева /

**Утвърдил:**

Директор: .....  
/д-р Лако Лаков/

Дата: 14.11.2016